

発行番号 1112210

発行日 平成24年 6月 5日

北村山地区歯科医師会 殿

トレーサビリティ証明書

品名	形式	製造番号
電離箱式サーベイメータ	ICS-321	R02278

当所の行いました上記依頼品の校正（校正証明書番号 55F2128）は、国家標準にトレースされた標準器を基準とし、当所の校正手順に従い校正を行いましたことを証明します。なお、この校正に使用した当所の参照標準は下記に示す通りです。

参考標準

測定器名	型式	器物番号	校正機関	校正証明書番号	校正年月日
γ線用電離箱式 照射線量計	電離箱 C-110(60ml) 計測部 AE-1326	1017 3903512	独立行政法人 産業技術総合研究所	第115189号 2011年8月 5日	
γ線用電離箱式 照射線量計	電離箱 C-110(600ml) 計測部 AE-1326	1086 3903513	独立行政法人 産業技術総合研究所	第115188号 2011年8月 5日	
γ線用電離箱式 照射線量計	電離箱 C-1966S 計測部 AE-1326	1071 3803508	独立行政法人 産業技術総合研究所	第115179号 2011年7月 21日	

株式会社千代田テクノル

大洗 研究所

茨城県東茨城郡大洗町成田町3681

